

ZS/261/9/2018

Mogilno, dnia 05 czerwca 2018 roku

Wykonawcy biorący

udział w postępowaniu

Dotyczy: Postępowania pn "Doposażenie bazy zawodowej szkół Powiatu Mogileńskiego w sprzęt drogowy-laboratoryjny – Zespół Szkół w Mogilnie"

Odpowiedzi na zapytania do opisu przedmiotu zamówienia

Zamawiając, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone pytania.

Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

Dotyczy: Penetrometr igłowy -1szt.

Czy powyższy penetrometr może zostać zaoferowany z czujnikiem elektronicznym zamiast czujnika zegarowego?

Pytanie nr 2

Dotyczy: Prasa hydrauliczna do badania wytrzymałości na ściskanie – 1 szt.

Zgodnie z opisem prasa ma być hydrauliczna, jednak podaliście Państwo oczekiwany zakres prędkości badania realizowanego przez prasę w mm/min co jest typowe dla pras elektromechanicznych. Typowo dla pras o takim zakresie siły realizowanej prędkości badania stosuje się napęd elektromechaniczny, który jest dokładniejszy i bardziej praktyczny (cichszy, nie wymaga konserwacji i wymiany oleju). Czy zatem możliwe jest zaoferowanie w tym punkcie prasy o napędzie elektromechanicznym?

Pytanie nr 3

Dotyczy: Prasa hydrauliczna do badania wytrzymałości na ściskanie – 1 szt.

Czy prasa ma być dostarczona z wyposażeniem do jakichś badań, a jeśli tak to do jakich i zgodnie z jaką normą? Załącznik nr 1 tego nie precyzuje, a prasa bez wyposażenia będzie bezużyteczna.



Odpowiedzi

Pytanie nr 1

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zawarte w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia .Oferent powinien zaoferować sprzęt zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia. . Jednocześnie zamawiający informuje że parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi , oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

Pytanie nr 2

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy zawarte w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia .Oferent powinien zaoferować sprzęt zgodny z opisem zawartym w załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia. . Jednocześnie zamawiający informuje że parametry podane w opisie przedmiotu zamówienia są wymaganiami minimalnymi , oferent może zaproponować parametry lepsze lub równoważne.

Pytanie nr 3

Zamawiający informuje że, prasa hydrauliczna powinna być dostarczona z wyposażeniem do wykonywania badań. Szczegółowe informacje znajdują się w zmienionym załączniku nr 1 opis przedmiotu zamówienia. Załącznik zamieszczony został na stronie bazy konkurencyjności oraz na stronie BIP Zespołu Szkół w Mogilnie.

DYREKTOR
Zespołu Szkół w Mogilnie

Zbigniew Grzechowski